

Poznań, 12.07.2017 r.

WA.501-4/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę urządzeń pomiarowych dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu”

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1:

Dotyczy „części 4 – dostawa komparatora masy”

Czy w kryteriach specyfikacji nie nastąpiła pomyłka pisarska?

W SIWZ podano: „Komparator masy kpl. 1 do wzorcowania odważników w zakresie 100g do 10 kg,

Dane techniczne E1 1kg-10 kg; F1 1kg-10 kg, F2 1 kg – 10 kg. Podkreślone dane są ze sobą niespójne.

Wymagana dokładność odczytu [d] = 0,01 mg także wskazuje na zakres od 1 kg – 10kg.

ODPOWIEDŹ:

W załączniku 1.4 do SIWZ – w danych technicznych komparatora masy - nastąpiła pomyłka pisarska.

Powinno być: dane techniczne F1 100g-10kg, F2 100g-10kg, M1 100g-10kg, M2 100g-10kg. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika 1.4 do SIWZ i zamieszcza poprawiony załącznik na stronie internetowej www.oum.poznan.pl

PYTANIE 2:

Dotyczy „części 7 – dostawa zestawu wzorców dużej masy klasy dokładności M1” Czy zamawiający dopuszcza wymiary wzorców masy w kolorze czarnym?:

Wzorzec 500 kg – A=75 cm, B=50 cm, H=31,4 cm

Wzorzec 1000 kg – A=75 cm, B=50 cm, H=50 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wzorce o innych wymiarach niż opisane w załączniku 1.7 do SIWZ z zastrzeżeniem, iż kształt wzorców musi bezwzględnie umożliwić bezpieczny załadunek i przenoszenie wzorców za pomocą wózka widłowego oraz zestawianie ich w stosy. Wzorce muszą być tak wykonane, aby ich kształt zapobiegał przemieszczaniu się wzorców na samochodzie ciężarowym podczas transportu.

Zamawiający nie określa wymogu dotyczącego koloru wzorców.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 3, opublikowaną w dniu 10.07.2017 na stronie www.oum.poznan.pl :

PYTANIE 3:

Dot. części 1.7 "Zestaw wzorców dużej masy dokładności M1". Czy wzorce masy muszą zawierać świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowany podmiot?

ODPOWIEDŹ:

Wzorce dużej masy klasy dokładności M1 muszą mieć świadectwa wzorcowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1.7 do SIWZ, wystawione przez:

1. polskie laboratorium administracji miar,
2. w przypadku laboratorium zewnętrznego, z poza polskiej administracji miar – musi to być laboratorium akredytowane.

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szaryjczak