

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Komparatora masy kpl.1 do wzorcowania odważników w zakresie od 100 g do 10 kg

DANE TECHNICZNE:

F1	100 g ÷ 10 kg
F2	100 g ÷ 10 kg
M1	100 g ÷ 10 kg
M2	100 g ÷ 10 kg
Obciążenie maksymalne [Max]	10,02 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Powtarzalność	≤ 0,5 mg
Zakres równoważenia elektrycznego	- 100 g ÷ + 200 g
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	zewnętrzna
Zasilanie	230 V AC / 50 ÷ 60 Hz
Temperatura pracy	+15° ÷ +30°C
Szybkość zmian temperatury pracy	± 1 °C / 12 h (± 0,5°C /h)
Wilgotność względna powietrza	30% ÷ 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	± 5 % / 4 h

Komparator stanowiący przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne **świadcstwo wzorcowania**.

Miejsce dostawy – do Obwodowego Urzędu Miar w **Pile**, ul. Śniadeckich 11 w godz. 7.30 – 14.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku,