

Poznań, dnia 06.11.2017r

Sprawa: 501-9 /2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Sprawa: dotyczy udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania nr 233/2017 o wartości poniżej 30.000 euro, prowadzonego na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Nr 5/2012 z 25 kwietnia 2012 r. z póź. zmianami, w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu **udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

Pytanie 1: Po przeanalizowaniu wymagań stawianych wobec urządzenia chciałbym poinformować, że MD150T:

- Umożliwia pomiar przy zasilaniu mostka napięciem rzędu 5 V (nie jest dostępne napięcie zasilania 2,5 V)
- Parametry wymienione w pkt 5 i 6 nie są podawane w dokumentacji
- Przy zmianie temperatury o 10 K zmienia się wskazanie o 0,025 % F.S.
- Wyświetlacz pozwala na wyświetlenie maksymalnie 6 cyfr
- Nie umożliwia realizacji pomiaru we współpracy z czujnikami 6-cio przewodowymi
- Nie posiada wejść cyfrowych
- Nie jest wyposażony w skrzynie transportową

Wobec wyżej wymienionych faktów proszę o informacje, czy akceptują Państwo takie cechy urządzenia MD150T, jakie podałem powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik1 do Zaproszenia i nie akceptuje cech urządzenia MD150T przedstawionych w pytaniu.

Akceptuję tożsę
DYREKTOR
mgr Krzysztof Bierzyniak