

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców twardości:

Wzorce Twardości Rockwella

spełniające niżej opisane kryteria:

30 ÷ 38 HRA niepewność $\leq 0,5$ HRA 1 szt.

60 ÷ 70 HRA niepewność $\leq 0,5$ HRA 1 szt.

80 ÷ 90 HRA niepewność $\leq 0,5$ HRA 1 szt.

38 ÷ 40 HRBW niepewność $\leq 1,0$ HRBW 1 szt.

70 ÷ 75 HRBW niepewność $\leq 0,8$ HRBW 1 szt.

88 ÷ 92 HRBW niepewność $\leq 0,8$ HRBW 1 szt.

25 ÷ 30 HRC niepewność $\leq 0,5$ HRC 1 szt.

71 ÷ 76 HR15N niepewność $\leq 0,5$ HR15N 1 szt.

80 ÷ 86 HR15N niepewność $\leq 0,5$ HR15N 1 szt.

89 ÷ 93 HR15N niepewność $\leq 0,5$ HR15N 1 szt.

46 ÷ 52 HR30N niepewność $\leq 0,5$ HR30N 1 szt.

60 ÷ 68 HR30N niepewność $\leq 0,5$ HR30N 1 szt.

74 ÷ 80 HR30N niepewność $\leq 0,5$ HR30N 1 szt.

24 ÷ 30 HR45N niepewność $\leq 0,5$ HR45N 1 szt.

40 ÷ 50 HR45N niepewność $\leq 0,5$ HR45N 1 szt.

64 ÷ 70 HR45N niepewność $\leq 0,5$ HR45N 1 szt.

Wzorce twardości powinny posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium na zgodność z normami ISO i ASTM, wzorcowanie maksymalnie 4 miesiące przed dostawą, średnica wzorców nie mniejsza niż 56 mm.