

Poznań, 06.06.2019 r

WO/RA.501-7/19

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Sprawa: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Nr 5/2012 z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Instalacja pomiarowa do legalizacji i wzorcowania zbiorników pomiarowych wodą”, Nr WO/RA.501-7/19


Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu udziela odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawcy:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w stanowisku innego przepływomierza niż mechaniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w stanowisku innego przepływomierz niż mechaniczny.

wz. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
Naczelnik
Wydziału Usług Metrologicznych

Joanna Wiśniewska