

Poznań, 22.11.2021 r.

WO/RA.501-6/21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem”

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stosuje zapis „dostawa tachimetru elektronicznego z kontrolerem posiadającym aplikacje do wykonywania skomplikowanych pomiarów przemysłowych podczas legalizacji zbiorników pomiarowych, ze statywem antystatycznym z nogami pod statyw oraz innych akcesoriów opisanych poniżej wraz z komputerem przenośnym z odpowiednim oprogramowaniem, przeznaczonym do legalizacji zbiorników pomiarowych do cieczy zgodnie z normą ISO 7507-4:2010(E)” a następnie w wymaganiach jakie musi spełniać przedmiot zamówienia wymienia tylko tachimetr i komputer przenośny bez kontrolera.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia tachimetru z komputerem przenośnym o ile za jego pomocą będzie można zarządzać tachimetrem i wykonywać pomiary związane z legalizacją zbiorników?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia tachimetru z komputerem przenośnym.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 2 podpunkt 8 podaje parametr „Podziałka oraz rozdzielczość pomiaru kąta równa $3,142 \cdot 10^{-6}$ rad (0,2 mgon) lub dokładniejsza” nie podając dokładności pomiaru kąta.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga jednocześnie dokładności pomiaru kąta równej $3,142 \cdot 10^{-6}$ rad (0,2 mgon) lub dokładniejszej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokładności pomiaru kąta równej $3,142 \cdot 10^{-6}$ rad (0,2 mgon).

Zamawiający dopuszcza większą dokładność wykonywania pomiarów.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3 podpunkt 2 określa parametry komputera przenośnego „Złącza: min. 3x USB 2.0/3.x”. Obecnie na rynku coraz więcej komputerów przenośnych posiada 1 lub 2 złącza USB 2.0/3.x oraz 1 lub 2 x USB C.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dostarczenie komputera z minimum dwoma złączami USB 2.0/3.x oraz dodatkowo jednym złączem USB 2.0/3.x lub USB C.

Odpowiedź:

NIE.

Zamawiający wymaga dostarczenie komputera przenośnego spełniającego wymagania określone w SWZ.

Pytanie 4:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3 określa parametry komputera przenośnego. Brakuje jednak informacji o przekątnej ekranu jego rozdzielczości oraz rodzaju karty graficznej. W związku z tym prosimy Zamawiającego o uściślenie tych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu:

- o minimalnej przekątnej ekranu wynoszącej 15.4"
- o minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080
- z kartą graficzną, minimum - wbudowaną.